試　験　成　績　表

日本フランジダイレクト株式会社 殿

株式会社 三造試験センター
化学環境分析グループ

承認	検認	担当
清水		宇川

工事番号：K14212　　平成26年8月5日　　受付No. H-9778
成績表No. G-4094

名　　称　：

材　料　分　析

受付
平成26年7月31日

試料名	化学成分(%)				
	C	Si	Mn	P	S
中国製鋼板	0.16	0.19	0.38	0.027	0.023

備　考　：

分析方法　　C,S　：JIS G1211,1215 燃焼-赤外線吸収法
Si　：JIS G1212 モリブデン青吸光光度法
Mn　：JIS G1213 過マンガン酸吸光光度法
P　：JIS G1214 モリブドりん酸青吸光光度法